

Artikelnummer 292701

# Foleykateter, Fortune, nelaton, CH 14, 42cm, 10 ml, standardballong

- ✓ 29 dagars liggtid
- ✓ 100 % silikon
- ✓ Standardballong

CE

## Produktbeskrivning

Används till blåsdränage. 100 % silikonkateter med standardballong.

LATEX STERILE

## Produktspecifikationer

| | |
|---|---|
| **Artikelbenämning** | Foleykateter |
| **Varumärke** | Fortune |
| **Spetstyp** | Nelaton |
| **Storlek** | CH 14 |
| **Färg** | Grön |
| **Funktioner** | Standardballong |
| **Engångs- eller flergångsanvändning** | Engångsanvändning |
| **Material** | Silikon |
| **Längd/djup** | 42 cm |
| **Volym, brutto** | 10 ml |
| **Steriliseringsmetod** | EO |
| **Märkningar** | CE. |
| **CE-klass** | Klass IIb |
| **Direktiv, förordningar och lagstiftning** | 93/42/EEC |
| **Hållbarhetstid** | Enligt utgångsdatum |
| **Förvaringsinstruktioner** | Förvaras torrt, vid rumstemperatur och skyddat från direkt solljus. |
| **Instruktioner för produktkassering** | Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser. |
| **Instruktioner för förpackningskassering** | Kan återvinnas eller förbrännas. |

## Bruksanvisning

Ballongen kan fyllas med glycerinlösning eller sterilt vatten/saltlösning. Måste bytas senast efter 29 dagar.



ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com
Lokal kontaktinformation: ABENA AB · Ljungadalsgatan 19 · SE-352 46 Växjö · Tel. +46 470 446 00 · info@abena.se · www.abena.se

## Förpackning

| Enhet | Innehåll | Längd | Bredd | Höjd | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| krt | 200 st | 54 cm | 45 cm | 33 cm | 14710961931888 |
| fp | 10 st | 52.5 cm | 10.6 cm | 6.2 cm | 4710961931881 |
| st | 1 st | | | | |

CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.

Produkten innehåller inte latex.

Produkten är steril



ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com
Lokal kontaktinformation: ABENA AB · Ljungadalsgatan 19 · SE-352 46 Växjö · Tel. +46 470 446 00 · info@abena.se · www.abena.se